acreditación

INSTITUTO NACIONAL
DE NORMALIZACION

El Instituto Nacional de Normalización, INN, certifica que:

EMPRESA NACIONAL DE AERONAUTICA DE CHILE, ENAER

ubicado en Av. José Miguel Carrera N°11087, El Bosque, Santiago

ha sido acreditado en el Sistema Nacional de Acreditación del INN, como

Laboratorio de calibración

según NCh-ISO/IEC 17025:2017

en el área Magnitud presión, con el alcance indicado en anexo.

Vigencia de la Acreditación Desde : 7 de enero de 2022
Hasta : 7 de enero de 2027

Santiago de Chile, 7 de enero de 2022

Este Certificado tiene firma electrónica. Ver última página de este documento. Para una adecuada visualización del documento en formato PDF o para su impresión, se recomienda abrirlo utilizando un navegador.

Eduardo Ceballos Osorio
Jefe de División Acreditación

Sergio Toro Galleguillos
Director Ejecutivo

ilac-MRA

SISTEMA NACIONAL DE ACREDITACION
INN - CHILE

ACREDITACION LC 135

F407-01-30 v02

LAS CONDICIONES BAJO LAS CUALES RIGE ESTA ACREDITACIÓN ESTAN DETALLADAS EN EL ACTA DE COMPROMISO

INSTITUTO NACIONAL
DE NORMALIZACION

LC 135
Anexo

ALCANCE DE LA ACREDITACION DE EMPRESA NACIONAL DE AERONAUTICA DE CHILE, ENAER, SANTIAGO, COMO LABORATORIO DE CALIBRACION

AREA : MAGNITUD PRESION

Servicio de calibración			Rango del mensurando			Capacidad de medición y calibración (CMC)			Patrón de referencia usado en la calibración	
instrumento o sistema de medición	Método y Norma o documento en que está basado	Condición de la medición	Mín. (mayor que)	Máx. (menor o igual que)	Unidades	Valor	Unidades	Nivel de confianza	Patrón	Fuente de trazabilidad inmediata
Manometros Analogos y Digitales	Comparación Directa Procedimiento PTE-304 Rev.02 Basado DKD-R 6-1 Edición 03/2014	(23 ± 5) °C (50 ± 20) % HR	0	35	bar	0,001	bar	95%	Manometro Digital Fluke 2700G ST-0310	LCPN-P (D-K-15211-01-00)
			0	700	bar	0,013	bar	95%	Manometro Digital Additel ADT672 ST-0268 Manometro Digital Fluke 2700G ST-0318	
			2	840	bar	0,000103 · Pe, no menor que 1,1 mbar	bar	95%	Balanza de pesos muertos Ruska 2400 HL MS-0037	

Verificado y Firmado por

ACEPTA

LC135

INN

(3 páginas)

Creado el 2022-01-14 11:14:13 - Nº Docto: A6-8000-0230-2F8B-2CE2

Este documento es una representación de un documento original en formato electrónico. Para verificar el estado actual del documento, verifíquelo en https://5.dec.cl

Los certificados de Acepta cumplen con los estándares internacionales para firma electrónica, lo que no implica que sean compatibles con todos los software de visualización, no afectando ello en caso alguno la validez de la firma

★ ★ ★ _

Firma Simple

Validado con Pin

Firmante: 11378194-7 CEBALLOS OSORIO, EDUARDO ALFREDO

Institución - Rol: INN - Jefe DivAcreditacion

Fecha de Firma: 2022-01-14 16:40:35.009883

Auditoría Autentia: NONE-N1GX-4MEB-N8V1

Operador: 11378194-7

★ ★ ★ _

Firma Simple

Validado con Pin

Firmante: 7204961-6 TORO GALLEGUILLOS, SERGIO

Institución - Rol: INN - Director Ejecutivo

Fecha de Firma: 2022-01-17 09:21:37.230059

Auditoría Autentia: NONE-N1GX-BQT4-JGAN

Operador: 7204961-6